

政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2018.10

编号：

基本 本 情 况	申请单位（采购单位）	温州市人民医院		
	联系人	孔华华	联系电话	0577-88057237
	拟进口的产品名称	全自动包埋盒激光打号机	采购目录	
	数 量	1 套	金 额	26 万元
	采购产品所属项目名称			
所属目录（应在括号里注明具体产品品目）： <input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品（ ） <input type="checkbox"/> 国家限制进口产品（ ） <input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目（ ） <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ ）				
申 请 单 位 意 见	申请理由： <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； <input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述： 包埋盒打号机配套医院在用包埋机联机使用，全电脑控制，自动进盒、出盒，出盒后可进入收集槽内，可整齐排列并整体搬运至取材处待用，抗酸抗碱、耐二甲苯、福尔马林、酒精腐蚀，打印文本长久保存，可打印各种文本，如数字、字符、图案等，尤其是能打印一维和二维码，根据包埋盒实际打印面积，可任意设定打印行数和字体，国产设备无法满足临床上述要求，特申请采购进口设备。 <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 经办人： 单位负责人： 2018 年 10 月 26 日 单位盖章 </div>			

	论证时间	2018年 月 日 9:30	论证意见	同意	附件	1张
专家论证意见	意见概述（可另附纸）： 鉴于全自动包埋盒激光打号机需配套医院原有设备联机使用，并能打印一维和二维码，根据使用要求，同意采购进口设备。					
	专家信息					
	专家姓名	工作单位	专业	职称	手机	专家签名
	潘天政	温州市中医院综合科		高工	13868832252	潘天政
	徐琦	温医大附属眼视光医院		经济师	13858874644	徐琦
	王士川	温州市中西医结合医院		副主任医	13676497257	王士川
刘学勤	浙江浙合会计师事务所		注会	13736328267	刘学勤	
	苏嘉	温州大学科技园		高工	13706679882	苏嘉
市卫计委业务主管处室审查意见	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见： 经办人 单位负责人 年 月 日					
市卫计委审批意见	负责人： 年 月 日 单位盖章					

说明：1.如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，需提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，需提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2.论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。